


Akreditovaná kalibrace externí teplotní sondy - ISO/IEC 17025

Kód: SLU002



Akreditovaná kalibrace přístroje s externí sondou nebo samotné externí teplotní sondy je prováděna externí akreditovanou kalibrační laboratoří. Součástí služby je vystavení kalibračního listu.

- akreditovaná kalibrace podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
- výsledky akreditované kalibrace jsou mezinárodně uznávány v rámci dohod EA MLA a ILAC MRA
- v ceně kalibrace ve 3 teplotních bodech v rozsahu -40 až +600 °C
- další kalibrační body a kalibrace mimo standardní rozsah (až do -80 °C nebo +1300 °C) jsou možné za příplatek

Požadované kalibrační body musí být specifikovány v objednávce. Nejsou-li specifikovány, bude kalibrace automaticky provedena ve standardních bodech -20 °C, 0 °C a +20 °C.

[Kalibrace přístrojů COMET - Otázky a odpovědi](#)

Technická data